

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας τύπου σφαίρας PFA και RF από εκτεινόμενο πλέγμα από Nitinol διαμέτρου 9 χιλ., σχεδιασμένος για χρήση με σύστημα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης και κατάλυσης αρρυθμιών. Να παρέχει τόσο ραδιοσυχνότητες όσο και παλμική ηλεκτροδιάτρηση (Pulse Field Ablation), με άμεση εναλλαγή χωρίς αλλαγή καλωδίων, και να συνδέεται ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες γεννήτριες και το σύστημα χαρτογράφησης μέσω ενός μό καλωδίου. Να διαθέτει 9 αισθητήρες θερμοκρασίας, δύο αισθητήρες μαγνητικού πεδίου γ ακριβέστερη απεικόνιση, τεχνολογία Close Unipolar για καθαρή καταγραφή σημάτων, λειτουργία διπλής κάμψης και να είναι συμβατός με θηκάρια έως 8.5 Fr. Να συνοδεύεται από σωληνώσεις για σύνδεση σε αντλία πλύσης/εκπλύσης, ειδικό συνδετικό για ολοκληρωμένη διασύνδεση με τον εξοπλισμό, καθώς και αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (σετ τω 2) για σύνδεση του ασθενούς με το σύστημα χαρτογράφησης. Να συνοδεύεται απο συνοδό εξοπλισμό.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		2	
ΣΥΝΟΛΑ:			2	