

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Να είναι πλαστικοί από ειδικού τύπου PVC ,διαφανείς, απολύτου στεγανότητας διπλής συρραφής
 - Να είναι χωρητικότητας 2000ml, 3000ml κ 4000ml.
 - Να έχουν διαβάθμιση ανά 25ml μέχρι τα 100 ml και ανά 100 ml έως τα 2000 ml με παράλληλη ένδειξη ανά 500 ml
 - Να έχουν μήκος σωλήνα 80-120εκ. περίπου, να μην τσακίζει, ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα, εύκολο και ασφαλές στην εφαρμογή του.
 - Να διαθέτουν ενισχυμένες opές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικού στηρίγματος ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα για ασφαλή στήριξη
 - Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
 - Να υπάρχει στο κέντρο (στο τέλος του σάκου) ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου , ασφαλής και εύχρηστη, τύπου T.
 - Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων, προαιρετικά
 - Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή -πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια
 - Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43610	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 2000cc Μ.Χ		4000	
ΣΥΝΟΛΑ:			4000	