

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87957

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 878

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 30/01/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ Νο 4 τύπου macintosh μιας χρήσης η οποία να είναι προσυνδεδεμένη στη λαβή μιας χρήσης και να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποσπάται η λάμα. Η πηγή φωτισμού να είναι τύπου LED στο άκρο της λάμας, διαμέτρου 3mm και να περιλαμβάνει τις μπαταρίες εντός της λαβής στην αρχική συσκευασία για να είναι έτοιμο προ άμεση χρήση. Η λάμα να είναι από ιατρικού τύπου ανοξείδωτο χάλυβα και η λαβή από πλαστικό πολυαμίδιο. το ύψος της λαβής να είναι τουλάχιστον 132 mm με το μήκος της λάμας να είναι τουλάχιστον 155 mm.

**Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ |
|-----------|-----------------------|-----|-----------|--------------|
|           |                       |     | ΠΟΣΟΤΗΤΑ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ     |
| 48080     | ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ   |     |           | 20           |

**ΣΥΝΟΛΑ:** 20