

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Αυτόματες πιπέττες μεταβλητού όγκου με εύρος ρύθμισης όγκου:

- 200-1000μl

- 1-5ml

*Οι πιπέτες πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης απόρριψης του ρύγχου, να διαθέτουν παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης και να είναι αποστειρώσιμες χωρίς αποσυναρμολόγηση.

*Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τεκμηριώνονται σε φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια

του κατασκευαστή

* Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

* Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των

προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή γ τη διάθεση και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του.

Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία και πιστοποιητικά.

* Όλα τα προϊόντα να προσφερθούν με δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 0.2 - 1 ML	ΟΧΙ	1
12	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 7131	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 1-5 ML	ΟΧΙ	1
ΣΥΝΟΛΟ:				2