

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 LT ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ (2) ΥΠΟΔΟΧΕΣ, ΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.
.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ/ΦΙΛΤΡΟ.
.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΗ ΠΛΗΡΩΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ.
.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ(να κατατεθούν) .
.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ Ο ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ Ω.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 ΚΑΝΙΣΤΡΑ,
ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ. ΑΜΕΣΑ !

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43343	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2LT		2400	
ΣΥΝΟΛΑ:			2400	