

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 88236

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1047

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 04/02/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Να πιστοποιείται από προσпέκτους τού κατασκευαστή και δείγμα ότι πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Να φέρουν μονή μεμβράνη, μηχανική πτυχόμενη (pleated).

2. Να παρέχουν διπλή χρήση, συνδυαστικά ή ανάλογα με τις ανάγκες, είτε ως φίλτρα αναπνευστήρα, είτε ως φίλτρα ασθενή με επιστροφή υγρασίας >22mg H₂O.

3. Να προστατεύουν τον ασθενή και τα μηχανήματα ακόμη και σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα από ηπατίτιδα C, Covid-19 και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

4. Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον 99,9999% έναντι ιών (VFE)-βακτηρίων (BFE).

5. Να διατηρούν χαμηλή αντίσταση ροής ακόμη κι αν υπερβούν τις 24 ώρες χρήση.

6. Με οπή καπνογραφίας με θηλιά συγκράτησης στο πώμα, για την αποφυγή πιθανής απώλειας και κινδύνου διασποράς.

7. Ελαφριά και μη ογκώδη βάρους έως 23gr και αυστηρά πολύ μικρού νεκρού χώρου (Deadspace) έως 24ml, ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO₂.

8. Απαιτείται κατάθεση δείγματος και επίσημου προσпέκτους τού κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46936	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ - ΑΝΤΙΙΚΑ		200	

ΣΥΝΟΛΑ: 200