

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος	Οικονομικά Στοιχεία
KENTPO KOCTOYΣ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (TOUCH SENSOR), ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΟΥ ΑΠΟ 0 - 200 ML/MIN ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΙΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 20 - 57 ΚΗΖ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΜΩΝ (ΣΥΝΕΧΗΣ Η 1-4 ΠΑΛΜΟΥΣ), ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 20 - 36 ΚΗΖ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 36 - 57 ΚΗΖ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΟΥΣ	
Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση	Πρόσθετοι Προσδιορισμοί
ΕΠΑΡΚΕΙΑ:	ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:	ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:	ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
	Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52338	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ			1
ΣΥΝΟΛΑ:				1