

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 88762

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1276

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/02/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ, ΑΤΜΟΥ 150X350mm. ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠ 350mm

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 70gr/m2,

ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΠΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΝΑ ΕΧΕΙ PEEL OFF ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ.

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ.

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ EN-ISO 11607 ΚΑΙ 868-5.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46940	ΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ		15000	
ΣΥΝΟΛΑ:			15000	