

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ - ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ (TRANSDUCER)

(Προσυναρμολογημένος μορφομετατροπέας πίεσης - transducer - μονός

για την μέτρηση μιας αιματηρής πίεσης)

• Να αποτελείται από:

1) Έναν μορφομετατροπέα με δυνατότητα βαθμονόμησης κατά την λειτουργία του (backsidecalibration).

2) Μία συσκευή έγχυσης ορού με ρυθμιστή ροής υψηλής ακριβείας.

3) Γραμμές μεγάλου μήκους, υψηλής πίεσης DEHPfree.

4) Συσκευή έκπλυσης που να ενεργοποιείται με πίεση πτερυγίων ή εφελκυσμό από οποιαδήποτε γωνία.

5) Δύο συνδεδετικά 3 κατευθύνσεων (3-waystopcock).

• Σε συσκευασία ατομική, αποστειρωμένο, μιας χρήσης.

• Να είναι ελεύθερο φθαλικών ενώσεων (nonDEHP) σε οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημά τους.

Να αποδεικνύεται το χαρακτηριστικό.

• Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της αξιοπιστίας των μετρήσεων και κατασκευή για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών.

• Να προσφέρονται δωρεάν για την χρησιμοποίησή τους τα καλώδια σύνδεσης, τα οποία να είναι συμβατά με κάθε ένα από τα εκάστοτε υπάρχοντα monitors κάθε αίθουσας χειρουργείου.

Να προσφέρονται δωρεάν στηρικτικά για την στήλη του χειρουργείου.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46287	ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ		400	
ΣΥΝΟΛΑ:			400	