

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 88799

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1283

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13/02/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: - Μεταλλική αυτοεκπτυσσόμενη μιμητική ενδοπρόθεση από κράμα νικελίου τιτανίου ειδικής πλέξης με έξι σύρματα νικελίου τιτανίου πλεγμένα το ένα γύρω από το άλλο για την άριστη εφαρμογή στην ανατομία και στην κίνηση του αγγείου. Το στέντ να έχει διάμετρο 5.5 mm και σε μήκος 60mm και ο φέρον καθετήρας να είναι 80cm, TEMAXIO ENA (1)

- Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,018'' και 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίηση της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 4.1 grams, TEMAXIO ENA (1)

- Θηκάρι 7Fr x 11cm, TEMAXIO ENA (1)

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Α.Σ. ΜΕ ΑΜ: 916022

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44140	ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΤΙΤΑΝΙΟΥ			1
45012	ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΤΕΝΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3-12 MM ΚΑΙ ΜΗΚΗ 20-120 MM			1
46614	ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΘΗΡΙΑΣ			1
ΣΥΝΟΛΑ:			3	