

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 88859

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 14/02/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EXTRA SAFE), ΙΣΧΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 400MM (SUPERLONG). ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΑΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO 10993-10, 10993-11, 10993-23, ISO 374 (1-5) ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN455(1-4), EN 21420. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ASTM F739/EN374-1, EN 16523-1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΗΜΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 40εκ. ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 0.20χιλ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.30χιλ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 22MPa ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18N ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24N, ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ AQL < 4 ΓΙΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 2859-1. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΕΙΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ISO 13485 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ISO 9001, 14001, 45001, 13485, 37001:2016 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ι SUPPLIES. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

MEDIUM 1000 TEM SMALL 500 TEM

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                            | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 51145     | ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ |     | 1500               |                       |

**ΣΥΝΟΛΑ:** 1500