

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6610

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1915

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας φορητού τύπου κατάλληλος για παιδιά και ενήλικες και να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής LED 10" ιντσών τουλάχιστον με κάθετη οθόνη, ελαφρύς και φιλικός προς το χρήστη, επιτρέποντας γρήγορη και χειρόγραφη καταγραφή δεδομένων
- Να λειτουργεί με ρεύμα 100 - 240v/ 50 - 60 hz μέσω τροφοδοτικού και με επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία Λιθίου, με ένδειξη φόρτισης, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας 2 ωρών και 6 ωρών χωρίς εκτύπωση.
- Να είναι ελαφρύς έως 4 κιλά (μαζί με την μπαταρία και το καταγραφικό)
- Να συλλέγει και τις 12 απαγωγές με ταυτόχρονη απεικόνιση (με ασφάλεια standard και cabrera)
- Να είναι αυτόματος auto, χειροκίνητος manual, και ανάλυσης R-R
- Να απεικονίζει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, τον καρδιακό ρυθμό, ένδειξη ποιότητας σήματος απαγωγών, προειδοποιητικά μηνύματα για την καθοδήγηση του χρήστη, το επίπεδο του φορτίου της μπαταρίας, την τρέχουσα ώρα καθώς και τη συντομεύσεις για τη γρήγορη αλλαγή της ταχύτητας καταγραφής των φίλτρων, της ευαισθησίας mode λειτουργίας.
- Δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του ασθενή είτε με πληκτρολόγιο είτε με σάρωση barcode.
- Να διαθέτει ανάλυση R-R διαστήματος
- Ρυθμός δειγματοληψίας 32.000 samples/sec
- Αποθήκευση τουλάχιστον 10.000 ηλεκτροκαρδιογραφημάτων στην εσωτερική μνήμη και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω usb, wifi ή ακόμα και δικτύων κινητής τηλεφωνίας
- Μέγεθος θερμογραφικού χαρτιού 210mm με ταχύτητα καταγραφής 5mm, 6, 25mm, 10mm, 12, 5mm, 25mm και 50mm/s
- Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων μυϊκού τρόμου 25 hz, 35 hz, 45 hz, φίλτρο DFT και φίλτρα απόρριψης υψηλών συχνοτήτων 75 hz, 100 hz, 150 hz.
- Να έχει ευαισθησία 2,5, 5, 10, 20, 20/10 και 10/5 mm/mv και σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα
- Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από από χρήση απινιδωτή.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ox /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΗ	1899 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	ΟΧΙ	1
	ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ ΕΙΔΙΚΑ	1899		

ΣΥΝΟΛΟ: 1