

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΥΔΡΙΦΙΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ RADIOΡΑΦΕ RING ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ευκαμπτο και ατραυματικό ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΝΗ ΕΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΦΡΟ 10-12ch ,35cm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|----------------|---|-----|--------------------|-----------------------|
| 44882 | Υδρόφιλο θηκάρι εισαγωγής , ουρητηροσκοπίου,νεφροσκοπίου, κυστεοσκοπίου | | | 25 |
| ΣΥΝΟΛΑ: | | | | 25 |