

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με πιστολοειδή λαβή διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως και 5mm. Να διαθέτει λεπτή κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 15,4mm, διασφαλίζοντας μεγάλη εργονομία και λειτουργικότητα, η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,6±1 KHz. Η λεπίδα τιτανίου να είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του εργαλείου, εξασφαλίζοντας καλύτερη ορατότητα κατά την χρήση ενώ η σιαγόνα σύλληψης να είναι επικαλυμμένη με τεφλον διασφαλίζοντας τη σταθερότητα κατά την σύλληψη. Με περιστρεφόμενο 360Τ σπειρεό αλουμινίου για μόνωση με σωστή κατανομή στο βάρος και εργονομική λαβή στη χρήση. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι με διαμορφωμένη παροχή ισχύος σε δύο ταχύτητες (minimum/maximum) για αιμόσταση - διατομή και γεννήτρια με προσαρμοζόμενη ρύθμιση της ισχύος εξόδου ανάλογα με τις μεταβολές των παραμέτρων του ιστού. Να συνοδεύεται με κλειδί ασφαλείας μίας χρήσης. Μήκους: 35cm

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46790	ΨΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 55,5ΚΗΖ ΜΗΚΟΣ 36CM	33162200-5	15	15
ΣΥΝΟΛΑ:			15	15