

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΘΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ. Να είναι μικρό και συμπαγές.
Να έχει διπλό ελατήριο. Να είναι κατασκευασμένο από υλικό που καθαρίζεται με τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο.
Να έχει ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Να έχει αυτόματη απενεργοποίηση και θήκη μεταφοράς κορδόνι.
Να έχει προβαλλόμενο εύρος τιμών κορεσμού οξυγόνου: 0%-100%, SPO2. Να έχει προβαλλόμενο εύρος τιμών συχνότητας σφυγμού : 18-321BPM.
Να έχει δηλωμένο εύρος τιμών ακριβείας κορεσμού οξυγόνου χαμηλής αιμάτωσης : 70%-100 +/- 2 digits.
Διάρκεια μπαταριών (συνεχής) >21 ώρες λειτουργίας με χρήση αλκαλικών μπαταριών. να έχει εγγύηση για τουλάχιστον ένα έτος. Απαραίτητη η προσκόμηση δείγματος.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50978	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΘΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			150
ΣΥΝΟΛΑ:			150	