

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **ΔΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ**

- Να έχουν ελάχιστο όγκο πλήρωσης, έως 15ml ή 16 ml με πίεση 300mmHg.
- Να διαθέτουν ενσωματωμένη πλάκα αλουμινίου με επικάλυψη parylene.
- Να διαθέτουν σταγονομετρικό θάλαμο.
- Η γραμμή ασθενοούς να έχει μήκος 700mm και clamp ροής.
- Να εξασφαλίζουν ρυθμό ροής 15-100ml/min, (900-6000ml/h).
- Να εξασφαλίζουν μέγιστη ροή τουλάχιστον 400ml/min.
- Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένες, ελεύθερες latex και DEHP.
- Να είναι συμβατές με την συσκευή FLUIDO COMPACT CONTROL MODULE.

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44178	Συσκευές προθέρμανσης αίματος		100	
			ΣΥΝΟΛΑ:	100