

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΧ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 10 CC (ΤΥΠΟΥ Β) ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ  
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΠ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ  
ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΕΘΝΟΣ.  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΝΤΟΣ.  
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.  
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ,Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6)ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.  
Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ 21G Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /  
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45986	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΧ 10 CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ		100000	
ΣΥΝΟΛΑ:			100000	