

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89538

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1872

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ LASER 600 Mm ΜΕ ΕΝΕΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER 1470 nm. Η ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 21 G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 4CM. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 169 MM ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 5 F ΘΗΚΑΡΙ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 45 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.021". ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 7CM. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 169MM ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 5 F ΘΗΚΑΡΙ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 45 CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.038". ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 X 240 CM - 5.9 X 94.5 IN. ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Θ.Α με ΑΜ 882722

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CFV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53021	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER		1	
ΣΥΝΟΛΑ:			1	