

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ \*\***ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μονοπολική διαθερμία με ενσωματωμένο probe ηλεκτροστατικής καθίζησης διάσπασης καπνού. Να είναι μιας χρήσης. Να διαθέτει ξεχωριστά κουμπιά, κίτρινο για κοπή και μπλε για αιμόσταση. Να διαθέτει ενσωματωμένο probe ηλεκτροστατικής καθίζησης που διασπά τον καπνό από χειρουργική επέμβαση και άλλα σωματίδια που παράγονται κατά τη χρήση εργαλείων ραδιοσυχνότητας και υπερήχων και οποιοδήποτε χειρουργικά εργαλεία ενέργειας. Να ενεργοποιείτε αυτόματα το probe όταν εντοπίζει ενέργεια στο χειρουργικό πεδίο. Να συνδέεται με γεννήτρια που να μπορεί να ρυθμίζει τον χρονισμό και το πλάτος της τάσης διαχείρισης καπνού. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιοδήποτε εργαλείο μονοπολικής διαθερμίας, Rf και υπερήχων. Να χρησιμοποιεί χαμηλή τάση και ενέργεια.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΧ

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47922	ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ		10	
			<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	10