

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Λαπαροσκοπικό Trocar 5mm μαζί με καλώδιο ηλεκτροστατικής καθίζησης διάσπασης καπνού. Να είναι μιας χρήσης. Να διαθέτει ενεργό καλώδιο που μεταφέρει ρεύμα από τη γεννήτρια ηλεκτροστατικής καθίζησης στον ασθενή. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιοδήποτε εργαλείο μονοπολικής διαθερμίας, Rf και υπερήχων. Να περιλαμβάνει trocar 5mm το οποίο διαθέτει 2 θύρες, μια για εργαλεία και μια δεύτερη για το καλώδιο ηλεκτροστατικής καθίζησης. Το καλώδιο στο τελείωμα του να διαθέτει ατραυματική βούρτσα η οποία είναι υπεύθυνη για την διάσπαση του καπνού μέσω ηλεκτροστατικής καθίζησης.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΧ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45811	ΤΡΟΚΑΡ 12MM Μ.ΧΡ.		8	
			ΣΥΝΟΛΑ:	8