

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ψηφιακό εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο μιας χρήσης. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους 120ο, με βάθος πεδίου 3- 50mm. Η πηγή φωτός να είναι οπτική ίνα. Το άκρο του να έχει δυνατότητα κάμψης έως 270ο διπλής κατεύθυνσης πάνω και κάτω. Το συνολικό μήκος του ουρητηροσκοπίου να είναι 65cm, η εξωτερική του διάμετρος <7,6Frπου καταλήγει σε άκρ διαμέτρου 7,5Fr, και δυνατότητα αναρρόφησης και να έχει κανάλι εργασίας 3,6Fr. Να παρέχει την δυνατότητα επιλογής κλειδώματος θέσης υπό γωνία, χωρίς να απαιτείται η συνεχής πίεση από τον χειριστή. Να κάνει καταγραφή video και εικόνας τόσο από την χειριστήρια λαβή του ενδοσκοπίου όσο και από την 12,1" TFT LCD οθόνη αφής. Η οθόνη διαθέτει δυνατότητα φορητότητας καθώς και αυτονομία έως και 4 ωρών και να παρέχει χώρο αποθήκευσης αρχείων 8 GB και εξόδους USB και HDMI για τη σύνδεση της με την οθόνη του εργαστηρίου και για την αποθήκευση σε εξωτερική μονάδα (usb, εξωτερικό σκληρό δίσκο).

Να παρέχεται και δυνατότητα σύνδεσης με ειδικό επεξεργαστή ο οποίος μπορεί να συνδεθεί απευθείας με την οθόνη του χειρουργείου, υψηλής ευκρίνειας 1920 X 1080. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50064	ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ			7
ΣΥΝΟΛΑ:				7