

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89584

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1914

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: CCP ELISA - 2ης γενεάς CCP IgG

Βασική προϋπόθεση για την τεχνική αξιολόγηση όλων των παρακάτω αντιδραστηρίων είναι:

α) Η elisa να είναι δεύτερης γενιάς για anti-CCP αντισώματα.

β) Το ΚΙΤ να έχει ήδη δοκιμαστεί από το τμήμα μας, άλλως να μας προσφέρουν δείγματα (αντιδραστήρια) για δοκιμή εντός δύο ημερών. Επίσης να μας προσκομίσουν πελατολόγιο και να μας γνωστοποιήσουν ποια άλλα διαγνωστικά εργαστήρια κυρίως μεγάλων Νοσοκομείων το χρησιμοποιούν. Να έχουν άμεση παράδοση & μακρό χρόνο διάρκειας ζωής (τουλάχιστον 8-12 μήνες).

δ) Το ΚΙΤ να είναι για ποσοτικό ή ημιποσοτικό προσδιορισμό Ig G αντισωμάτων έναντι CCP. Το αντιδραστήριο να έχει προσδεσμεμένα στις μικροπλάκες συνθετικά πεπτίδια CCP που να περιέχουν τροποποιημένα πεπτίδια αργινίνης. Το ΚΙΤ να περιέχει 5 πρότυπα (standars 1/5/20/100/200 RU/ml) για τον ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό μάρτυρα και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Τα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι.

ε) Το τελικό παραγόμενο χρώμα να παραμείνει σταθερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.

ε) Το ΚΙΤ να διαθέτει CE & IVD σήμανση.

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41820	FCCP 100 ANTI-CCP 96T		4	

ΣΥΝΟΛΑ:

4