

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi volume-Low pressure.
 - Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye).
 - Να διαθέτει λευκή ακτινοσκοπιερή γραμμή έως το κατωφερέστερο άκρο του, η οποία να μην διακόπτεται από την πλάγια οπή (Murphy eye).
 - Να διαθέτει μαύρο ακτινοσκοπιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα, περίπου ένα (1) εκατοστό πάνω από τον αεροθάλαμο (cuff) για την ένδειξη της σωστής τοποθέτησης.
 - Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την στοματική και την ρινική διασωλήνωση.
 - Να έχει βέλτιστη αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο, η οποία να κυμαίνεται από 1,32 έως 1,34, ώστε σε ασθενείς με μικρό άνοιγμα γλωττίδας, καθώς και σε περιπτώσεις ρινοτραχειακής διασωλήνωσης, να είναι δυνατή η επιλογή ενδοτραχειακού σωλήνα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.
 - Να αναγράφονται στον κατάλογο του προϊόντος του κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί, η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του σωλήνα.
 - Να διαθέτει αποσπώμενο συνδετικό 15 mm.
 - Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας σταθεροποίησης του σωλήνα (φακαρόλα).
 - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. (ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΑΠΛΟΙ NO 7,5)

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48127	ΕΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ Νο 7,5 ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF		500	
ΣΥΝΟΛΑ:			500	