

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CO2 GAS SAMPLING LINES) ΜΗΚΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ MONITOR DATEX OHMEDA GE B155M-B450-B650-S/5

- Να έχουν μήκος 3 m.
- Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία ιατρικώς καθαρή.
- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ιατρικού τύπου PVC.
- Να είναι διαφανείς.
- Να είναι ελεύθεροι από latex.
- Να έχουν δύο άκρα βιδωτά τύπου luer lock με σύνδεση male/male.
- Να εξασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις.
- Να αναφέρεται η εσωτερική και η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα δειγματοληψίας CO2.
- Οι απαιτούμενες προδιαγραφές να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46289	ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ ΤΩΝ MONITOR DATEX - OHMEDA		1000	
ΣΥΝΟΛΑ:			1000	