

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αντιαλλεργικά χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής από συνθετικό πολυισοπρένιο (PI) μιας χρήσης αποστειρωμένα χωρίς πούδρα με εσωτερική επίστρωση από πολυμερές μ επιπλέον τεχνολογία DERMASHIELDTM, για γρήγορη και εύκολη υγρή ή στεγνή τοποθέτηση. Να διαθέτουν τεχνολογία PI-KARE™ που επιτρέπει την εξάλειψη των τυποποιημένων χημικών επιταχυντών που προκαλούν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής και να έχουν έγκριση από τον FDA-510(k) των ΗΠΑ. Να διαθέτουν τεχνολογία A.R.TTM για επιπλέον επίπεδο ανθεκτικότητας. Να έχουν μανσέτα με ρεβερ και τεχνολογία SUREFITTM, συμβάλλοντας στην εξάλειψη της αναδίπλωσης της μανσέτας και στην ενίσχυση της προστασίας. Να έχουν λείο φινίρισμα με μικρο-υφή για ασφαλέστερο κράτημα και χειρισμό των εργαλείων. Να διαθέτουν πιστοποίηση από την Εργονομία των Ηνωμένων Πολιτειών με την τεχνολογία ERGOFORMTM, που εξασφαλίζει μοναδικό ανατομικό σχεδιασμό. Να επιτυγχάνουν AQL 0.65. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε μια σειρά χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D6978. Να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών καθώς και αποτελέσματα δοκιμών (test reports). Να φέρουν διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντιοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη και στις δύο πλευρές). Να υπάρχει διάκριση δεξί-αριστερό όπου αναγράφεται στην εσωτερική γαντιοθήκη καθώς και στα γάντια. Να είναι κατάλληλα και για εξωτερικό ή εσωτερικό γάντι σε διπλά γάντια. Να είναι κατάλληλα για διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) καθώς να έχουν περάσει τη δοκιμή MEA (Mouse Embryo Assay). Μήκος γαντιού 300 mm. Πάχος δάκτυλου $0.23 \pm 0.02\text{mm}$, πάχος παλάμης $0.21 \pm 0.02\text{mm}$, πάχος μανσέτας $0.17 \pm 0.02\text{mm}$. Να αναγράφονται ευκρινώς στο κουτί της συσκευασίας και στην εσωτερική θήκη οι τεχνολογίες που διαθέτουν τα γάντια. No 6,5 TMX600, No 7 TMX600, No 7,5 TMX1000, No 8 TMX 1000.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΧ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|---|-----|--------------------|-----------------------|
| 51541 | ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | | 3200 | |
| | | | ΣΥΝΟΛΑ: | 3200 |