

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89485

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1825

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/03/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 132-135 0C ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΕ 24 ΛΕΠΤΑ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΘΕΣΕΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΘΟΝΗ LED . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ LED.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ISO 11138-3-1 2017. ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜ/ΝΑ ΛΗΞΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ).ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΜΑΝΥΑΛ ΤΟΥ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CFV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44968	Σύστημα βιολογικού ελέγχου ταχείας ερμηνείας για αποστείρωση ατμού		400	
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			400	