

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πλήρες σύστημα αμφίδρομης τροχιακής αθηρεκτομής-(OAS), αποτελούμενο από τα κάτωθι στοιχεία:

1. Καθετήρας αμφίδρομης τροχιακής αθηρεκτομής με τεχνολογία κορώνας επικαλυμμένη με διαμάντια

? Μοναδικό μέγεθος διαμέτρου 1,25mm που να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη αγγείων

? Η κορώνα να εδράζεται σε ελλειπτική θέση πάνω στον καθετήρα

? Η λείανση να μπορεί να γίνει αμφίδρομα, κατά την προώθηση προς το άπω άκρο αλλά και κατά την απόσυρση της στεφάνης προς το εγγύς άκρο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση παγίδευσης της συσκευής

? Η παλμική πρόσκρουση της στεφάνης στα τοιχώματα του αγγείου να δύναται να δημιουργήσει ρωγμές του ασβεστίου στα βαθύτερα στρώματα του αγγείου

? Ηλεκτρονικός πλήρης έλεγχος περιστροφής δυο ταχυτήτων (80.000 & 120.000rpm) που να παρέχει την βαθμιαία και ελεγχόμενη διάνοιξη της στένωσης ασβεστωμένων αρτηριών

2. Ειδικό οδηγό σύρμα με διακυμαινομένη διάμετρο 0,014'' και μήκος άνω των 3,25m συμβατό με τον τροχιακό αθηροτόμο (OAS) που να διατίθεται σε δυο σκληρότητες

3. Διπαντικό διάλυμα συμβατό με σύστημα αμφίδρομης τροχιακής αθηρεκτομής για ομαλή λειτουργία του συστήματος

Το άνω σύστημα να διατίθεται με τον συνοδό εξοπλισμό (αντλία έγχυσης, συνδετικά καλώδια

κλπ.), για την διενέργεια περιστατικών τροχιακής αθηρεκτομής

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53427	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΑΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ		3	
53427	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΑΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ		3	
53428	ΣΥΡΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ		3	
			ΣΥΝΟΛΑ:	9