

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89885

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2160

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 23/03/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΥΠΟΣΕΛΗΡΙΑΔΙΟΣ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ MONITOR ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ TRANSDUSER, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΠΟ MICROCHIP ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΦΡΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (1,3MM), ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (DRIFT) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1MM ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΦΡΕΖΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47079	ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ Κ' ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟ			12

ΣΥΝΟΛΑ: 12