

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89714

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 17/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σφικτηροτόμοι περιστρεφόμενοι

Σφικτηροτόμοι τριπλού αυλού περιστρεφόμενοι.

Να φέρουν εργονομική λαβή χειρισμού με ειδικό στροφέιο περιστροφής

Να διαθέτουν καθετήρα μήκους 220cm με κεκαμμένο άκρο.

Να έχουν κωνικό άκρο και διαμέτρου 4.4F.

Να είναι συμβατοί με οδηγό σύρμα .035''.

Να φέρουν άκρο με τέσσερις ακτινοσκοπιές σημάνσεις.

Να είναι εγγυημένου προσανατολισμού κοπής στην 11η ώρα.

Να φέρουν σύρμα κοπής μερικώς επικαλυμμένο μήκους 20mm, 25mm και 30mm

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 44844 | Καθετήρας σφικτηροτόμος τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου κατάλληλοι για τεχνική «ταχείας ανταλλαγής». | | 20 | |

ΣΥΝΟΛΑ: 20