

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υδρόφιλο ουρολογικό οδηγό σύρμα νιτινόλης με ακτινοσκοπικό κάλυμμα πολυουρεθάνης και πλήρη υδρόφιλη επικάλυψη υψηλής αντοχής χημικά εφαρμοσμένα.

Να διαθέτει άκρο 3cm ή 8 cm που να μειώνεται σταδιακά, να έχει δυνατότητα περιστροφής του 1:1, να ανθίσταται στο τσάκισμα, και να έχει υψηλή ακτινοσκοπικότητα.

Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.25'', 0.035'' και 0.038'', σε ευθύ, Bentson και μήκος 150cm και 260cm με σκληρότητα stiff.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43162	Οδηγά σύρματα ουρολογικά με επικάλυψη teflon, διαφόρων διαμέτρων (0.038) και άκρων. (ουρολ)		100	
ΣΥΝΟΛΑ:			100	