

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89936

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2196

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (TOUCH SENSOR), ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΟΥ ΑΠΟ 0 - 200 ML/MIN ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΙΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 20 - 57 ΚΗΖ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΜΩΝ (ΣΥΝΕΧΗΣ Η 1-4 ΠΑΛΜΟΥΣ), ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 20 - 36 ΚΗΖ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 36 - 57 ΚΗΖ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΕΡΣ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΟΥΣ

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52338	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ		1	

ΣΥΝΟΛΑ: 1