

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Cuvettes ACT + κατάλληλες για μέτρηση μικροπηκτικότητας στο αίμα

- Οι κυβέττες ACT+ να είναι μίας χρήσης και κάθε μια να διαθέτει μικρο - τριχοειδές σύστημα ροής αίματος προκειμένου να εξασφαλίζει την βέλτιστη ευαισθησία σε όλες τις μετρήσεις.
- Να είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της αντιπηκτικής δράσης της ηπαρίνης σε εύρος συγκέντρωσης ηπαρίνης από 1 - 6 u/ml
- Να είναι ατομικά συσκευασμένες και σε κάθε συσκευασία να αναφέρεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης .
- Οι κυβέττες ACT+ να εξασφαλίζουν μετρήσεις χωρίς επηρεασμό από την απροτινίνη  
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ACT. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΩΝ.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46887	ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΕΣ		270	
			<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	270