

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα σύρματα να είναι κατάλληλα για χρήση σε ολικές αποφράξεις και να διαθέτουν:
Υψηλή ικανότητα ελιγμών με εξαιρετική προσπελασιμότητα και ανθεκτικότητα άκρου.
Σύνθετο πυρήνα πολλαπλών συρμάτων τεχνολογίας ACTONE η και XTRAND.
Υδρόφιλη επικάλυψη Slip - Coat η Full Silicon
Ροπή στρέψης 1:1 Επικαλύψεις διαβαθμισμένης σκληρότητας .
Βάρους άκρου από: 0.5 έως 12gf.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44164	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			20
44164	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			10
44164	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			10
44164	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			20
44164	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			10
			ΣΥΝΟΛΑ:	70