

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90118

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2347

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 31/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ/ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΔΙΟ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ (ΡΑΣΠΑ). ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΧΥΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΙΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΑΚΡΟΔΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΟ/ΜΑΚΡΥ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΑ 22.5kHz Η΄ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52338	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ			1

ΣΥΝΟΛΑ: 1