

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90075

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2309

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 30/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΦΡΕΖΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ 5mm. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΒΗ (80.000 RPM MAX) ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΜΕ ΠΟΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. ΜΗΚΗ ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 7, 10, 13, 17 ΚΑΙ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΦΡΕΖΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42187	ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΡΕΖΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ.Χ.		10	

ΣΥΝΟΛΑ: 10