

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90276

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2485

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 06/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: .Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από υδροφοβική μεμβράνη.
2. Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και ελεύθερα από Latex και DHP-Free. Η αποστείρωση των φίλτρων να πιστοποιείται με ISO 11135-1 και η στειρότητα να εναρμονίζεται με το πρότυπο EN 566-1.
- 3.Τα φίλτρα να συνοδεύονται από αποστειρωμένη προέκταση στην ίδια συσκευασία.
- 4.Να είναι υψηλής προστασίας, με πιστοποίηση κατά ISO 23328-1 και απόδοση βάσει της δοκιμασίας NaCl όχι μικρότερη από 99,75% (έλεγχος από ανεξάρτητο οργανισμό).
- 5.Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα έναντι βακτηριδίων και ιών με προστασία >99,999% και του Mycobacterium tuberculosis.
- 6.Να προσκομισθούν μελέτες για την αντιμικροβιακή - αντιβακτηριδιακή αποτελεσματικότητά τους.
- 7.Να είναι κατάλληλα για αναπνεόμενο όγκο (VT) 300-1200 ml.
- 8.Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής <2,5 cmH2O σε ροή 60 l/min
- 9.Η απόδοση της υγρασίας του εναλλάκτη να πιστοποιείται κατά ISO 9360 και να μην είναι κάτω από 33mgH2O / l σε Vt=500ml.
- 10.Με οπή καπνογραφίας με καπάκι.
- 11.Οι απαιτούμενες προδιαγραφές να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα (φυλλάδια

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|----------------|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 44317 | Φίλτρα αντιβακτηριακά από άρρωστο με προέκταση | | 500 | |
| ΣΥΝΟΛΑ: | | | 500 | |