

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΙΤ εισαγωγής υψηλής αντοχής στο τσάκισμα με ακτινοσκιερή επικάλυψη και ακτινοσκιε-
άκρο από πλατίνα και ιρίδιο για την εύκολη παρακολούθησή του κατά την ακτινοσκόπηση.
Να περιλαμβάνει κωνικό (tapered) διαστολέα για ατραυματική είσοδο και mini οδηγό
σύρμα .025" με πλαστική επικάλυψη. Κάθε θηκάρι να διαθέτει ειδική αιμοστατική
βαλβίδα σταυροειδούς οπής από σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για έγχυση
λήψη αίματος.

Να είναι διαστάσεων 7Fr και μήκους 25cm

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ / Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΙ**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΝΑΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45009	Θηκάρια Αγγειογραφίας		100	
ΣΥΝΟΛΑ:			100	