

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **ΔΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (πλευρά αναπνευστήρα)**

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από υδρόφοβη πτυχώμενη μεμβράνη.

2. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Η αποστείρωση των φίλτρων να πιστοποιείται από το πρότυπο EN 566-1.

3. Να είναι υψηλής προστασίας με πιστοποίηση HEPA κλάσης 13. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

4. Να πετυχαίνουν υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,9999%. Η αντιϊκή δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,9999%.

5. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 300-1200 ml.

6. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 2,8cm H₂O στα 60 L/min.

7. Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 80 ml.

8. Να είναι μικρού βάρους που να μην υπερβαίνει τα 40 gr.

9. Να είναι Latex Free, PVC Free και Phthalate-Free.

10. Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση.

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46936	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ - ΑΝΤΙΙΚΑ		3000	
ΣΥΝΟΛΑ:			3000	