

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ \*\***ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια Πολυισοπρενίου χωρίς πούδρα και χωρίς λάτεξ. Να είναι από συνθετικό πολυισοπρένιο πλήρως απαλλαγμένα από πούδρα και latex, χρώμα λευκού/κρεμ. Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι 287mm και ανώτερο ολικό μήκος 300mm. Να διαθέτουν διαφοροποιημένο πάχος επιφανείας ανά σημείο: 0.20mm (δάχτυλα), 0.14mm (παλάμη), 0.14mm (μανσέτα). Δύναμη θραύσης 14 & 17N πριν και μετά την γήρανση. Επιμήκυνση στο σπάσιμο μεγαλύτερη ή ίση του 650% πριν την επιταχυνόμενη γήρανση. Να είναι αποστειρωμένα σε Γ' ακτινοβολία. Επί των γαντιών, να υπάρχει σχετι ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξί γάντι καθώς επίσης να αναφέρονται πάνω τους η κατηγορία γαντιού και το μέγεθος τους. Να προσφέρονται στα μεγέθη (No6, -9, 0). Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. Να διαθέτουν ρεβέρ ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλή συγκράτηση του γαντιού. Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό με σχετική ένδειξη στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος. Να αποδεικνύεται μέθοδος παραγωγής που εξασφαλίζει ανώτερο επίπεδο ποιότητας AQL (Accepted Quality Level) 0.65. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και να φέρουν QR CODE στα πλαίσια της ιχνηλασιμότητας τους. Η συσκευασία να είναι διπλή με εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη από πλαστικό και όχι πλαστικοποιημένη, που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα. Στην εσωτερική να βεβαιώνεται ότι τα γάντια έχουν ελεγχθεί ως προς την αντίσταση στη διείσδυση χημειοθεραπευτικών ουσιών σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 6978. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση στην συσκευασία τους (box) και όχι μεμονωμένα. Να διαθέτουν το σύνολο (επί ποινη απόρριψης) των παρακάτω Ευρωπαϊκών Προτύπων: 1. ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών). 2. ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής). 3. ΕΛΟΤ EN 16523-1:2015 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). 4. ΕΛΟΤ EN 454 (Στα

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση****Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51541	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ		1900	
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			1900	