

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90578

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2731

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΟΒ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σειτ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μυριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15,5FR με συμμετρικά σκέλη double D ιδίου όγκου πλήρωσης ώστε να μην είναι αναγκαία η αναστροφή σύνδεσης με τις γραμμές αίματος, μη τραυματικό ανοικτό άκρο γωνίας ειδικά επεξεργασμένο χωρίς προεκτάσεις, με ελάχιστη απόσταση στις οπές παροχής επιστροφής >1cm, από βιοσυμβατό υλικό καρμποθάνη για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) και σε διάφορα μήκη 19, 23, 28, 33, 37 & 42 εκατοστά με προτοποθετημένο σταθερό cuff. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ή χωρίς ενδοαυλικό οδηγό, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.

Ακτινοσκοπικός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου από 450 - 500 ml/min. Με πολύ χαμηλό ποσοστό επανακυκλοφορίας του αίματος κάτω του >1%.

Χωρίς πλευρικές οπές για πλήρωση με ινωδογονολυτικά.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

TEM:3 ΜΕ ΜΗΚΟΣ 19cm

TEM:3 ΜΕ ΜΗΚΟΣ 23cm

TEM:3 ΜΕ ΜΗΚΟΣ 20cm

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44833	Καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού			9

ΣΥΝΟΛΑ:

9