

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90744

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2870

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 45mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 34mm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΧΛΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΩΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΓΩΝΙΑ. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΜΑ, Σ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΜΕ 2 ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, ΛΕΠΤΟΥΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ. FSMM45

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47086	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 60MM ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ, ΠΑΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ	33162200-5	18	

ΣΥΝΟΛΑ: 18