

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90741

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2867

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: βρογχοσκόπιο μιας χρήσης, για εξέταση ειδικών ασθενών, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.
2. Να διαθέτει εύρος οράσεως τουλάχιστον 110 μοίρες για την πλήρη επισκόπηση του βρογχικού δέντρου.
3. Να έχει βάθος πεδίου τουλάχιστον 3-100mm για την ακριβέστερη παρατήρηση του υπό εξέταση πεδίου.
4. Να διαθέτει μήκος εργασίας περίπου 600mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων
5. Να διαθέτει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 210μοίρες και κάτω 210μοίρες τουλάχιστον για την ευκολότερη εξέταση του πνεύμονα.
6. Να διαθέτει δυνατότητα στρέψης του εύκαμπτου σωλήνα δεξιά και αριστερά κατά 90ο, για την ευκολότερη κίνηση του ενδοσκοπίου.
7. Να συνεργάζεται με κατάλληλο ψηφιακό επεξεργαστή υψηλής ανάλυσης, με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης εικόνων και βίντεο.
8. Να διατίθεται σε διαστάσεις

6 ΤΕΜΑΧΙΑ Ενδοσκόπιο με εξωτερική διάμετρο 4,9mm και κανάλι εργασίας 2,2 mm

1 ΤΕΜΑΧΙΑ Ενδοσκόπιο με εξωτερική διάμετρο 4,00 mm και κανάλι εργασίας (κωδ. BCV1-KS3-T.)

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53265	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ			7

ΣΥΝΟΛΑ:

7