

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90648

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2789

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να είναι από non woven υλικό, τριών στρωμάτων Biflex 65 gr/m2 (+/-3), υπεραπορροφητικό, ανθεκτικό, μαλακό, 150x240cm. Να είναι αδιάβροχο, φιλικό με το δέρμα τού ασθενή, μαλακό στην υφή, LatexFree, να μην έχει οσμή, να μη βγάζει χνούδι με τη διαβροχή του και να είναι μίας χρήσης. 2. Να πληρούν το πρότυπο ποιότητας EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης. 3. Να είναι αποστειρωμένο με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά εντός συσκευασίας. 4. Η εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα τού κατασκευαστή με πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή χρήση τού προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης τού προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και τον μοναδικό κωδικό για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI) 5 Εφόσον προσφέρεται με κωδικό τιμολόγησης θα πρέπει να δηλώνεται και να συνοδεύεται, απαραίτητως, από τον εργοστασιακό κωδικό Ref, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης των δύο αυτών κωδικών με το δείγμα, τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα τού κατασκευαστή. 6 Απαιτείται κατάθεση δειγμάτων (χ2τμχ) και κατελάχιστον τα Τεχνικά Φυλλάδια (ProductDataSheet) τού κατασκευαστή τού προσφερόμενου προϊόντος, πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό (με επικυρωμένη μετάφραση), ως αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ζητούμενες προδιαγραφές. 7 Η Δήλωση Συμμόρφωσης τού κατασκευαστή να φέρει τα στοιχεία αναφοράς τού κοινοποιημένου οργανισμού που έλεγξε το προϊόν για πιστότητα CENα κατατίθενται, επίσης, ISO 9001 ή ISO 13485 τού κατασκευαστή είναι και τα Πρότυπα τής προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50479	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ-ΦΟΡΕΙΩΝ (ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ) ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ		2000	

ΣΥΝΟΛΑ: 2000