

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90619

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2763

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 21/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΡΑΜΜΑ ΝΥΛΟΝ (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ) 6-0, ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΜΗΚΟΥΣ 30CM, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8C ΜΗΚΟΥΣ 8MM, ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ .H βελόνα να έχει περιεκτικότητα σε Νικέλιο μεταξύ 6.0 - 11.0% κ.β. ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη δυνατή αντοχή στην κάμψη και η ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείδυσης. Να κατατεθούν αναλυτικά τιμές μέτρησης της αντοχής της κάμψης (ανά N-cm και gr.cm) καθώς και τιμές μέτρησης της αντίστασης διείδυσης (ανά gr). (Διατίθενται βελόνες πλαστικής χειρουργικής με μικρό-εγκολπώσεις στο σώμα τους για την καλύτερη) σταθερότητα στο βελονοκάτοχο, με αιχμή ακονισμένη σε δύο πλευρές για πολλαπλά περάσματα χωρίς απώλεια διείδυσης και τραπεζοειδούς σχήματος για ελαχιστοποίηση της βλάβης του ιστού. ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 43650 | ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ USP 6/0, διπλή στρογγυλή τσπ 3/8 κύκλου, μήκος ράμματος 60εκ., μήκος βελόνης 13χιλ. | | 100 | |

ΣΥΝΟΛΑ: 100