

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: σύστημα ελέγχου πρωτεΐνης

- Σύστημα ελέγχου πρωτεΐνης σε αυλοφόρα όργανα για την ανίχνευση και την αξιολόγηση της υπολειμματικής πρωτεϊνικής μόλυνσης στα αυλοφόρα ιατρικά όργανα μέσω ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016
- Να διαθέτει ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου
- Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση λίγων λεπτών (?10')
- Να διαθέτει πίνακα οπτικής χρωματικής παρακολούθησης αποτελέσματος
- Να δίνει θετικό (μη αποδεκτό αποτέλεσμα) όριο το 1,0μg
- Κάθε συσκευασία συλβού να συνοδεύεται από μάκτρα διαμέτρου το μικρότερο από 1, 2, 2.7, και 3cm ή και μεγαλύτερης διαμέτρου
- Να προσφερθεί χωρίς χρέωση συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) με δυνατότητα εκτύπωση των αποτελεσμάτων για τήρηση αρχείου και σύνδεσης με συστήματα ιχνηλασιμότητας.

Δειγματισμός απαραίτητος σε πραγματικές συνθήκες

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53036	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ		200	200
ΣΥΝΟΛΑ:			200	200