

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89164

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1543

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/02/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: • ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ 3μg/mm2  
 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ  
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ  
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 3μg/mm2.  
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑ 0.035", 0.018 ΚΑΙ 0.014" ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.  
 ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 1.5 ΕΩΣ 8.0 (ΜΜ) ΜΗΚΗ 20 ΕΩΣ 200 ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ  
 ΚΑΘΕΤΗΡΑ 80 ΕΩΣ 150 (ΜΜ).  
 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 SEC ΑΠΟ  
 ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΙΟ.  
 ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ <01.% ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ  
 ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TRANSFER TECH. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

- ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 0,035'' 5 x 60mm/80cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)
- ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 0,035'' 5 x 40mm/80cm ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)

ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΕΚΠΥΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΕΝΤ ΓΙΑ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

-ΕΝΔΟΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΛΑΓΟΝΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑ 9X38X80 ΤΕΜ 1 (ΕΝΑ)

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Κ με ΑΜ 883243

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43745	ΣΤΕΝΤ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΠΑΛΟΝ (ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ)			1
45002	Καθετήρες μπαλόνια αγγειοπλαστικής περιφερικών αγγείων που εκκλουν φαρμακευτικές ουσίες	33141200-2		3

**ΣΥΝΟΛΑ:**

4