

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αποστειρωμένη λαβίδα σύλληψης μίας χρήσης, κατάλληλη για ουρολογικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις και κυστεοσκόπησεις.

Να προορίζεται για σύλληψη και αφαίρεση λίθων, θραυσμάτων λίθων και ξένων σωμάτων από το ουροποιητικό σύστημα υπό ενδοσκοπική όραση.

Να είναι συμβατή με εύκαμπτα κυστεοσκόπια του οίκου innox.

Να εισάγεται μέσω του καναλιού εργασίας του ενδοσκοπίου και να επιτρέπει ομαλή προώθηση χωρίς πρόκληση φθοράς στο όργανο.

Να διαθέτει σιαγόνες σύλληψης υψηλής αντοχής για ασφαλή συγκράτηση του αντικειμένου κατά την ανάκτηση.

Να επιτρέπει ακριβή έλεγχο ανοίγματος και κλεισίματος των σιαγόνων μέσω εργονομική χειρολαβής.

Να εξασφαλίζει σταθερή σύλληψη χωρίς απώλεια του αντικειμένου κατά την απόσυρση.

Να επιτρέπει ταυτόχρονη απόσυρση λαβίδας και ενδοσκοπίου με ελεγχόμενη έλξη.

Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ενδοσκοπικές πράξεις λιθίασης και αφαίρεσης ξένων σωμάτων ουρολογίας.

Να διατίθεται σε διαμέτρους συμβατές με τα συνήθη κανάλια εργασίας κυστεοσκοπίων έι 2.4 mm , σύμφωνα με κυστεοσκόπια του ιδίου οίκου .

Να διαθέτει επαρκές μήκος εργασίας κατάλληλο για ενδοουρολογικές επεμβάσεις.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51093	ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Μ.ΧΡ.			50
ΣΥΝΟΛΑ:				50