

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τις ανάγκες της κλινικής μας θα χρειαστούμε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΕΜΑΧΙΑ από το παρακάτ υλικό:

**ΕΥΘΕΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ**

Να είναι από πολυεστέρα

- Να διατίθεται σε διαμέτρους σώματος 6-24mm και μήκος 30cm
- Να διαθέτει ύφανση Knitted-Double velour
- Να διαθέτει γραμμές ορθής τοποθέτησης
- Με ενσωματωμένο βόρειο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας
- Με την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα (~μηδενική) (maximum 0,1 ml/cm<sup>2</sup>/min @ 120mmHg) η οποία να πιστοποιείται από το prospectus/φυλλάδιο οδηγίων
- Να προσφέρουν δυνατότητα εμποτισμού με οποιοδήποτε αντιβιοτικό
- Με αποστείρωση ΕΤΟ για να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες του κολλαγόνου
- Να είναι πιστοποιημένα με FDA

-ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ 14mm

-ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ 16mm

-ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ 18mm

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /  
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43575	Ευθέα μοσχεύματα από DACRON (διαμ. 12-32 χιλ. και μήκ 15-50 εκ.)		12	9
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			12	9