

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91156

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3226

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/05/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΡΙΒΛΙΟ 150mm ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ WHO, CLSI, EUCAST. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΒΛΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 4mm+/-0.5mm. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ 300G/L), CASSEIN HYDROLYSATE 17.5 G/L, STARCH 1.5G/L & AGAR 17G/L. ΤΑ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Mg++ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ca++ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΤΡΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 9 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 2-12 0C. ΝΑ ΕΧΕΙ IVD CE Mark. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΣΙΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51890	ΤΡΙΒΛΙΑ 90MM ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ		1000	
			<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	1000