

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ \*\***ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πρόθεση ομιλίας για την αποκατάσταση της φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από σιλικόνη και φθοριούχο ριτίνη ιατρικού τύπου, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτική στην Candida. Να είναι μονής κατεύθυνσης και να φέρει προεξοχή στην πλευρά του οισοφάγου, μειώνοντας τον κίνδυνο εισόδου (εισροής) υγρών και τροφής στην τραχεία. Με οισοφαγικό πτερύγιο μεγαλύτερο πάχους από το τραχειακό, για αποφυγή μετατόπισης της φωνητικής πρόθεσης στην τραχεία. Το τραχειακό πτερύγιο να είναι σχήματος οβάλ για καλύτερη προσαρμογή στην ανατομία της τραχείας και αποφυγή περιστροφής της πρόθεσης. Ο ιμάντας της πρόθεσης να είναι τοποθετημένος στην μπροστινή πλευρά του πτερυγίου, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό της βλενογόννου από αιχμηρό άκρο κατά τη κοπή. Να περιλαμβάνει αποστειρωμένο σύστημα εισαγωγής με προφορτωμένη την πρόθεση ομιλίας για περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση. Η συσκευασία να περιλαμβάνει βουρτσάκι καθαρισμού.

Διαμέτρου 22,5 χιλ Διαστάσεων: 6 χιλ. TEM 5

Διαμέτρου 22,5 χιλ Διαστάσεων: 8 χιλ. TEM 5

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42734	Βαλβίδες ομιλίας σε τραχειοστομία για ασθενείς ΜΕΘ			10
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>				10